

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER BIOPSIE PROSTATICHE A FUSIONE DI IMMAGINE (FUSION BIOPSY) COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 60 MESI, OCCORRENTE PER LA S.O. DI UROLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.**

**GARA N 7362243 - CIG 7822688E57.**

## **RISPOSTA CHIARIMENTI 1**

### **DOMANDA 1)**

Nelle caratteristiche generali delle specifiche tecnica di minima, si richiede "compatibilità con la maggior parte degli ecografi in commercio"

Si chiede, se possibile, di specificare marca e modello degli ecografi e delle sonde ecografiche a disposizione del reparto e che si vorrebbero utilizzare in abbinamento al sistema per biopsie di fusione.

### **RISPOSTA 1)**

Gli ecografi a disposizione del reparto sono i seguenti: BK 2202 Pro Focus Yellow; BK Flex Focus 500.

Le sonde transrettali a disposizione del reparto sono le seguenti: BK 8808 7.5 MHz, BK 8808 5-10 MHz.

### **DOMANDA 2)**

In base al criterio di equivalenza, si chiede di confermare la possibilità di offrire un sistema per biopsie prostatiche MRI guidate in abbinamento ad un sistema ecografico NON integrato

### **RISPOSTA 2)**

Si conferma tale possibilità.

### **DOMANDA 3)**

Si chiede di confermare la richiesta di biopsie sia trans rettali che trans perineali, considerando il fatto che, mentre nel secondo caso è corretto l'utilizzo di un supporto statico per la sonda e la griglia di punzione, nel primo caso è necessario un sistema di navigazione spaziale, possibile grazie ad un sensore posizionato sulla sonda e ad un generatore di campo magnetico.

### **RISPOSTA 3)**

Si richiede che il sistema permetta di eseguire le biopsie prostatiche con accesso transrettale e transperineale, entrambi mediante l'ausilio di braccio autostatico.

### **DOMANDA 4)**

Si chiede se la dichiarazione di conformità, la certificazione CE, l'ISO e gli studi scientifici possano essere prodotti in lingua inglese.

### **RISPOSTA 4)**

Dichiarazione di conformità, la certificazione CE, l'ISO e gli studi scientifici, possono essere prodotti in lingua inglese, con riserva di chiedere tale documentazione in lingua italiana alla sola ditta aggiudicataria.