



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

Direttore f.f.: **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Alice FISSORE

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0172/1408329

✓ pec: aslcn2@legalmail.it

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALL' AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI PROTESI ESOFAGEE TOTALMENTE E PARZIALMENTE RIVESTITE (TTS E OTW), PROTESI ESOFAGEE SCOPERTE (OTW), PROTESI COLONICHE E DUODENALI SCOPERTE (TTS), FILOGUIDA STERILE E MONOUSO, OCCORRENTI ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO

Di seguito le domande pervenute ad oggi in merito all'avviso esplorativo in oggetto:

DOMANDA 1: nota protocollo Asl Cn2 - 10904 del 16/02/2024

“In merito alla dicitura "recuperabile e riposizionabile", se si intenda lo stent recuperabile all'interno del catetere di posizionamento, oppure lo stent recuperabile una volta posizionato a cavallo della stenosi”

RISPOSTA 1: sentito l'utilizzatore:

“Per la dicitura "recuperabile e riposizionabile" s'intende che la protesi, una volta fatta fuoriuscire dal catetere e in caso di erroneo posizionamento, possa essere nuovamente ritirata all'interno dal catetere solo quando questa è stata fatta fuoriuscire fino al 70% della sua lunghezza; questo quindi permette un nuovo tentativo di riposizionamento della protesi stessa”.

IL R.U.P.

Dott.ssa Maria RAITERI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi di legge