



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI VISCOELASTICI E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER OCULISTICA OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA BRA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. CIG VARI. RDO N. 4406522.**

## **2° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 13/09/2024 alle ore 11.30 la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1173 del 16/07/2024, si riunisce presso l'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dell'ASL CN2 per concludere l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Dott.ssa Elena VIGLIONE - Dirigente farmacista - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente;
- Dott. Gianluca BILETTA - Dirigente medico - S.C. Oculistica - Componente;
- Dott.ssa Laura DALLORTO - Dirigente medico - S.C. Oculistica - Componente;

Il Sig. Paolo GIACONE - Assistente Amm.vo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della commissione riprendono i lavori interrotti in occasione del primo incontro del 13/08/2024;

La commissione tenendo conto della valutazione della campionatura presentata e della documentazione tecnica attribuisce in maniera unanime i punteggi di cui ai prospetti allegati e di seguito riassunti:

**LOTTO 1** (tipo Vitreal S) Dispositivo oftalmico a base di triamcinolone acetone 4% in soluzione salina tamponata a PH = 7,2 in flaconi da 2ml±0.2:

FIDIA FARMACEUTICI SPA p.ti 70,00

**LOTTO 2** (tipo duovisc) Combinazione di viscoelastici oftalmici con proprietà chimico fisiche differenti in confezione singola, contenente una siringa preriempita da 0.5±0.1ml di viscoelastico dispersivo a base di ac. ialuronico 3% e condrotina solfato 4% ed una siringa preriempita da 0.55±0.1ml di viscoelastico coesivo a base di ac. ialuronico 1%:

ALCON SPA p.ti 70,00

**LOTTO 3** (tipo Viscoat) Dispositivo viscoelastico oftalmico dispersivo a base di ac. ialuronico al 3% e condrotina solfato al 4% in siringa preriempita da 0.5±/±0.25ml:

ALCON SPA p.ti 70,00

**LOTTO 4** (tipo Viscotech) Dispositivo viscoelastico oftalmico coesivo a base di acido ialuronico tra 1% e 1,2% ad elevato peso molecolare (da 2.500.000 a 4.000.000) in siringa preriempita da 1±0.25ml:

AMO ITALY SRL p.ti 46,25

CARL ZEISS SPA p.ti 63,75



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DIEMME SRL	p.ti 17,50
SIFI	p.ti 70,00
TEC MED SRL	p.ti 17,50

**LOTTO 5** (tipo Fidial plus/discovisc) Dispositivo viscoelatico oftalmico con caratteristiche chimiche fisiche intermedie a base di acido ialuronico 1.7±1% come unico componente o in associazione a condrotina 4±1% in siringa preriempita da 1±0.1ml:

ALCON SPA	p.ti 70,00
DIEMME SRL	p.ti 23,75
EMMECI 4 SRL	p.ti 17,50
FIDIA SPA	p.ti 30,00

La Commissione Giudicatrice termina i lavori alle h. 12:45 previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, li 13/09/2024

Dott.ssa Elena VIGLIONE - Dirigente - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente

Dott. Gianluca BILETTA - Dirigente medico - S.C. Oculistica - Componente

Dott.ssa Laura DALLORTO - Dirigente medico - S.C. Oculistica - Componente;

Paolo GIACONE - Assistente Amm.vo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti  
segretario verbalizzante

LOTTO 1. Impo. Vitrea 50. Dispositivo ordinario a base di Idraminidone acetato 4% in soluzione salina tamponata a pH = 7,2 in flaconi da 20ml/2.

**FIDIA FARMACEUTICI**

Criteri	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
Tenuta della connessione ago-siringa	10,00	ottimo	1,00	10,00	
Miglioramento della visibilità del corpo vitreo post-iniezione	25,00	ottimo	1,00	25,00	
Permanenza in camera vitreale	15,00	ottimo	1,00	15,00	
Facilità d'uso	10,00	ottimo	1,00	10,00	
Confezionamento primario	10,00	ottimo	1,00	10,00	
				<b>70,00</b>	

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 2 (tipo duoviso) Combinazione di viscoelastici oftalmici con proprietà chimico fisiche differenti in confezione singola, contenente una siringa pretempla da 0.5x0.1ml di viscoelastico dispersivo a base di ac. ialuronico 3% e condrolina solfato 4% ed una siringa pretempla da 0.5x0.1ml di viscoelastico coesivo a base di ac. ialuronico 1%.

ALCON SPA

Criteria	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
Capacità di mantenimento degli spazi chirurgici	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Protezione endoteliale	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Capacità di accrescimento della visualizzazione	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Maneggevolezza	10,00	ottimo	1,00	10,00	
				70,00	





LOTTO 3 (tipo Visconti) Dispositivo viscoelastico oftalmico dispersivo  
 a base di ac. ialuronico al 3% e condroitina solfato al 4% in siringa  
 preimballata da 0,5x40,25ml;

ALCON SPA

Criteria	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
Capacità di mantenimento degli spazi chirurgici	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Protezione endoteliale	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Capacità di accrescimento della visualizzazione	20,00	ottimo	1,00	20,00	
Permanenza in situ	5,00	ottimo	1,00	5,00	
Maneggevolezza	5,00	ottimo	1,00	5,00	
				70,00	





CAVITA' di via Nazionale 10, Roma, Italia - tel. 06-47801111  
 PIAZZA DI SAN PIETRO, 10 - 00187 ROMA - ITALIA - tel. 06-47801111  
 PIAZZA DI SAN PIETRO, 10 - 00187 ROMA - ITALIA - tel. 06-47801111

JACO TALK SPA			CAVITA SPA			ITALIA SPA			MIR			TEC SPA		
Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
Produzione esclusiva	20	0,25	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00
Capacità di assorbimento degli spazi d'angolo	20	0,75	buono	1,00	5,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00
Produzione esclusiva	20	0,25	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00
Capacità di assorbimento delle visualizzazioni	20	1,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00	buono	1,00	20,00
Freddo di estrazione	5	0,75	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00
Maneggevolezza	5	0,50	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00	buono	1,00	5,00
		44,25			83,75			77,50			70,00			47,50

*[Handwritten signatures and initials]*

**LOTTA 3.000 PPH/0200042** Direzione provinciale di Pinerolo -  
 ufficio tecnico di edilizia -  
 laboratorio LTA - servizio studi e carteggiamenti e in particolare  
 "certificazioni tecniche" in materia di risparmio energetico art. 36 del D.Lgs. n. 102/2007

AZIONA SPA					DIREZIONE L.A.H.					IRRECCO 2 S.R.L.					PIGA SPA					
Obiettivo	Indicatore prestazionale	Qualità	Coefficiente	Punti assegnati	Nota	Qualità	Coefficiente	Punti assegnati	Nota	Qualità	Coefficiente	Punti assegnati	Nota	Qualità	Coefficiente	Punti assegnati	Nota			
Capacità di manutenzione degli spazi climatizzati	20,00	otimo	1,00	20,00	deciso	0,50	10,00	capacità di manutenzione degli spazi climatizzati decisa	sufficiente	0,25	5,00	capacità di manutenzione degli spazi climatizzati sufficiente	deciso	0,50	10,00	capacità di manutenzione degli spazi climatizzati deciso	sufficiente	0,25	5,00	capacità di manutenzione degli spazi climatizzati sufficiente
Produzione energetica	20,00	sufficiente	1,00	20,00	sufficiente	0,25	5,00	produzione energetica sufficiente	sufficiente	0,25	5,00	produzione energetica sufficiente	sufficiente	0,25	5,00	produzione energetica sufficiente	sufficiente	0,25	5,00	produzione energetica sufficiente
Capacità di accompagnamento della ventilazione	20,00	otimo	1,00	20,00	sufficiente	0,25	5,00	Capacità di accompagnamento della ventilazione sufficiente	sufficiente	0,25	5,00	Capacità di accompagnamento della ventilazione sufficiente	deciso	0,50	10,00	Capacità di accompagnamento della ventilazione deciso	sufficiente	0,25	5,00	Capacità di accompagnamento della ventilazione sufficiente
Manutenzione di utenza in tutti le fasi strutturali	6,00	otimo	1,00	6,00	sufficiente	0,25	1,25	Manutenzione di utenza in tutte le fasi strutturali sufficiente	sufficiente	0,25	1,25	Manutenzione di utenza in tutte le fasi strutturali sufficiente	deciso	0,50	2,50	Manutenzione di utenza in tutte le fasi strutturali deciso	sufficiente	0,25	2,50	Manutenzione di utenza in tutte le fasi strutturali sufficiente
Manutenzione	6,00	otimo	1,00	6,00	deciso	0,50	2,50	Manutenzione deciso	sufficiente	0,25	1,25	Manutenzione sufficiente	deciso	0,50	2,50	Manutenzione deciso	sufficiente	0,25	2,50	Manutenzione deciso
				<b>70,00</b>			<b>23,75</b>				<b>17,50</b>				<b>30,00</b>					

