



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

**O G G E T T O :**

**SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA OTTICO STORZ UTILIZZATO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO CON FORMULA RAPAIR/EXCHANGE. CIG B10F2AC448**

**AFFIDAMENTO ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B, D.LGS 36/2023**

**I L D I R E T T O R E D E L L A  
S . C . S E R V I Z I T E C N I C I**

**delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5 del 4 gennaio 2023**

Premesso che

- presso la sala operatoria di Ginecologia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, vengono utilizzati dei sistemi ottici Storz comprensive delle relative camicie esterne;
- a seguito della segnalazione da parte degli operatori della visione non nitida di due ottiche e la difficoltà di aggancio di una camicia esterna, il sistema è stato oggetto di controllo tecnico dalla ditta fornitore della manutenzione KARL STORZ ENDOSCOPIA SRL;
- la ditta Manutentrice, a seguito dell'analisi tecnica, ha provveduto ad informare il servizio di ingegneria clinica la non riparabilità del sistema e rilevando, pertanto, la necessità di procedere alla relativa sostituzione del seguente sistema:

Codice	Descrizione
26046ARA	HOPKINS RUBINA 0°, NIR/ICG, Ø 5 mm
26120BA	Sistema ottico HOPKINS 30°, 2,9 mm, 30 cm
33500	Camicia esterna, isolata

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs 36/2023;
- le Linee Guida n. 8 del 13/8/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- il D.LGS 36/2023 che all'art. 50 comma 1 lettera b testualmente recita:

*"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*..... omissis ...*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a*

*140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03/04/2020, all'affidamento diretto per quanto in oggetto;

Preso atto che:

- si è provveduto a richiedere la relativa offerta, comprensiva delle attività necessarie al fine di ripristinarne il buon funzionamento, alla ditta manutentrice KARL STORZ ENDOCOPIA SRL interpellata in quanto manutentrice del sistema;
- la ditta interpellata ha trasmesso il preventivo di sostituzione (preventivo acquisito al protocollo aziendale al n. 21723/A in data 27/03/2024) con la formula repair/exchange;
- si rileva la congruità, rispetto alla tipologia di modalità dell'offerta, del preventivo pari a € 4.451,55 IVA a norma di legge esclusa, pervenuto dalla ditta KARL STORZ ENDOCOPIA SRL P.IVA: 02733860239;

Dato atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato a seguito della deliberazione del 29/12/2023 n. 999;

Su conforme proposta dell'Ing. Marco CERRATO – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

### **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta KARL STORZ ENDOCOPIA SRL– via Leonardo Da Vinci 12 - 39100 - Bolzano - P.IVA: 02733860239 la sostituzione con formula repair/Exchange del sistema ottico, per un importo complessivo pari a € 5.430,90 (IVA inclusa);
- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato a seguito della deliberazione del 29/12/2023 n. 999;
- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Descrizione conto	Conto	Importo
N. ID.	INGC	Manut ordinaria in appalto attrezz. Tecnico-scient. Sanit.	03.10.02.03	€ 5.430,90
7560417				
2024				

- di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle

deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;

- di individuare l'Ing. Marco CERRATO, Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica quale Responsabile unico del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art.5 della legge n. 241;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA  
S.C. SERVIZI TECNICI  
Ferruccio BIANCO

Sottoscrizione per proposta.

IL RESPONSABILE  
S.S. INGEGNERIA CLINICA  
Marco CERRATO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

Allegati:

A) Offerta economica

*Codice delega: II.1.3 /II.1*

*Archivio I.5.05.05*

*Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:*

**RICORSO AL T.A.R.**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Tale ricorso deve essere presentato*

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.*

**RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.*