



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N.1 FACOEMULSIFICATORE COMPRENSIVO DI MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER MESI 36, OCCORRENTI ALLA SC OCULISTICA DEL PRESIDIO MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO – ASL CN2. ID SINTEL: 185254659 CIG B216E944BE

CHIARIMENTI

DOMANDA n. 1

Il telecomando richiesto come caratteristica di minima è in fase di produzione e sarà disponibile per la commercializzazione nel prossimo futuro. Si chiede la possibilità di partecipare ugualmente con la possibilità di fornire il dispositivo appena disponibile

RISPOSTA n.1:

Trattasi di refuso. L'eventuale presenza di telecomando senza fili sarà oggetto della valutazione complessiva prevista dal criterio 2.2 in termini di "Ergonomia e interfaccia utente"

DOMANDA n. 2

In capitolato vengono richiesti 2 teli copri paziente. Si richiede se questa è una necessità dell'ente o un refuso.

Distinti saluti

RISPOSTA n.2

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico

DOMANDA n. 3

con il presente desideriamo chiedere la rettifica dell'importo relativo alla base d'asta del Pack Monouso in quanto si rileva che lo stesso non è congruo; poichè lo stesso riflette il prezzo medio di mercato di un Pack Faco comprensivo solo di punta e sleeve e non di tutti i componenti da voi richiesti.

Ricordiamo che uno dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di appalti, è quello per cui deve essere garantita congruità, remuneratezza e concorrenzialità dell'offerta. Nel caso specifico, la base d'asta, sembra ledere fortemente quanto sin qui enunciato, in quanto palesemente non in linea con reali condizioni di mercato in ambito regionale e nazionale.

La scrivete Società, seppur possedendo il prodotto in linea con le caratteristiche tecniche richieste, si vede impossibilitata a presentare offerta a causa della non congruità della Base d'asta, risultando quindi palese che non viene garantito il principio del favor participationis.

Si resta pertanto in attesa della rettifica della Base d'asta.

RISPOSTA n. 3

Si conferma la base d'asta indicata nei documenti di gara.