



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

“CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'acquisto di n.1 facoemulsificatore comprensivo di manutenzione full risk per mesi 36, materiali di consumo e accessori annessi per mesi 36 occorrente alla SC Oculistica del Presidio Ospedaliero Michele e Pietro Ferrero di Verduno – ASL CN2 Alba – Bra

ID SINTEL: 185254659CIG B216E944BE

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti
ASLCN2 Alba-Bra
Via Vida 10, Alba (CN)
P.IVA 02419170044
aslc2@legalmail.it

Indice

<u>Art. 1 - Oggetto della fornitura.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Prestazioni e durata contrattuale.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Descrizione pack monouso.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 - Assistenza tecnica.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Piano di formazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 - Consegna delle apparecchiature, messa in servizio e collaudo.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 - Condivisione ed elaborazione dati.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Condizioni generali di fornitura – Consegna dei materiali di consumo e degli eventuali accessori.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 10 - Sostituzione dei prodotti e aggiornamento tecnologico.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 11 - Inadempienze e penalità.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 12 - Pagamenti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13 - Fatturazione.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 14 - Recesso e risoluzione del contratto.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 15 - Obblighi in materia di sicurezza.....</u>	<u>12</u>

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Acquisto di n. 1 facoemulsificatore e materiali di consumo di tipo dedicato, accessori e quant'altro occorrente per l'esecuzione di 1000 procedure l'anno, per un totale di 3000 interventi in 36 mesi.

I materiali di cui trattasi sono necessari alla SC Oculistica dell'Azienda Sanitaria Locale ASL CN2 – Presidio Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

L'importo a **base d'asta per 36 mesi per l'acquisto di n.1 facoemulsificatore e relativo materiale di consumo corrispondente a circa 3000 interventi per 36 mesi (1000 interventi annui)**, è il seguente:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Acquisto di n.1 facoemulsificatore: | Euro 70.000,00 |
| - Manutenzione full risk 36 mesi: | Euro 21.000,00 |
| - Materiali di consumo: | Euro 200.000,00 |
| - Oneri di interferenza: | Euro 500,00 |
| - Totale | Euro 291.500,00 |

Art. 2 - Prestazioni e durata contrattuale

Le apparecchiature presentate dovranno rappresentare lo stato dell'arte, essere di ultima generazione e dovranno essere caratterizzate a prestazioni di alto livello, tali da consentire i trattamenti con elevati standard qualitativi.

In considerazione del contesto che prevede un utilizzo intensivo, con carichi di lavoro particolarmente elevati, esse dovranno garantire la massima affidabilità e livelli di produttività elevata senza comprometterne gli aspetti qualitativi.

Le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnate in condizione di perfetta ed immediata funzionalità.

Si richiede la fornitura di sistemi completi, ovvero con la formula "chiavi in mano" e comprendenti:

- Strumentazione corredata da tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, anche se non descritti e quotati nell'offerta complessiva, che dovrà presentare le caratteristiche tecniche descritte ed essere idonea ad eseguire complessivamente il numero delle prestazioni indicate. Tutti i lavori occorrenti per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte dovranno essere eseguiti a spesa dell'impresa aggiudicataria, secondo le indicazioni ed il controllo della struttura utilizzatrice o della S.C. Servizi Tecnici o della S.S. Ingegneria clinica;
- Assistenza tecnica di tipo "full risk";
- Tutto il materiale di consumo, accessori e quant'altro occorrente per l'effettuazione delle prestazioni richieste;
- Manuali di installazione e di utilizzo, forniti in lingua italiana. Qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta;

- P.I./Cod. Fisc. 02419170044*
- Addestramento del personale dell'azienda all'uso degli strumenti con opportuni corsi presso l'azienda stessa ed eventuali corsi specializzati presso la sede del fornitore

Sono a carico dell'ASL CN2 Alba – Bra le prestazioni che seguono:

- Corrispondere al fornitore il prezzo delle apparecchiature e del servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione di cui agli articoli che seguono, per gli importi stabiliti nella relativa scheda di offerta economica;
- Corrispondere al fornitore il prezzo del materiale di consumo, accessori e quant'altro occorrente per l'effettuazione delle prestazioni richieste, per gli importi stabiliti nella relativa scheda di offerta economica;

La durata del contratto è pari a 36 mesi decorrenti dalla data in esso indicata. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni comprensive dello sconto applicato in fase di gara, per una durata pari a 36 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

L'Amministrazione si riserva comunque, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare le prestazioni di cui alla presente richiesta di offerta alle condizioni economiche convenute fino alla stipulazione di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura.

In ogni caso il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del fornitore.

Art. 3 - Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali

Caratteristiche minime Facoeulsificatore:

- Facoeulsificatore per chirurgia oftalmica del segmento anteriore (sostituzione cristallino, vitrectomia anteriore, coagulazione bipolare);
- Sistema a cassette monouso;

- Comando a pedale;
- Telecomando senza filo;
- Monitor touch screen;
- Asta porta bottiglia motorizzata;
- Sistema integrato con carrello con 4 ruote e freno;
- Carrello dotato di vassoio servitore;
- Modalità di lavoro ultrasuoni: continuo, pulsato, burst;
- Sistema di controllo e mantenimento della IOP;
- Massima depressione vuoto linea aspirazione almeno pari a 400 mmHg;
- Portata aspirazione massima almeno pari a 40 ml/minuto;
- Settaggio impostazioni con possibilità di utilizzo profili utenti e operatori;
- Diatermia: n. 5 pinze per diatermia dotate di 5 cavi;
- N. 10 manipoli US;
- Punta US monouso;
- Sleeve monouso;
- Disponibilità punta US che permettano incisioni non superiori a 3 mm
- N. 10 manipoli I/A (punta angolata);
- Vitrectomia anteriore: tagli al minuto almeno pari a 1500;
- Vitrectomia anteriore: sonde monouso da almeno 20G e 23G;

Caratteristiche preferenziali:

- Dotazione di sistema di gestione della fluidica di tipo attivo;
- Dotazione di sistema di prevenzione delle ustioni della cornea;
- Dotazione di modalità di lavoro ultrasuoni iperpulsata;
- Dotazione di sistema con doppia pompa (venturi-peristaltica), utilizzabile con la stessa cassetta;
- Dotazione di punta US con movimento longitudinale e trasversale;
- Dotazione di manipolo US con almeno n. 4 cristalli piezoelettrici;
- Dotazione di manipoli US da almeno 25 kHz (frequenza di movimento longitudinale);
- Dotazione di pedale senza filo;
- Si specifica che laddove nel manuale fosse consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità di installazione la fornitura lo dovrà prevedere comprensivo nel prezzo.

Come prescritto all'interno dell'Allegato II.5 - Parte II.A. comma 6 del DLGS n. 36 / 2023 e s.m.i., qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune ditte o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". La ditta partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

Art. 4 - Descrizione pack monouso

Il pack monouso dovrà essere composto dai componenti elencati nel seguito. Sarà facoltà delle ditte partecipanti proporre integrazioni al kit, con relativa motivazione da inserirsi nella relazione tecnica.

Ciascun kit dovrà essere composto da:

- n. 1 pack chirurgico (cassetta e tubature monouso sterili) dedicato
- n. 1 punta ultrasuoni monouso 0.9 mm
- n. 1 set sleeve per faco e I/A monouso
- n. 1 telo copri paziente di dimensioni indicative 100 cm x 120 cm
- n. 1 telo copri paziente di dimensioni indicative 140 cm x 140 cm

all'interno del medesimo pack, dovranno essere inclusi, in apposito contenitore, i seguenti dispositivi medici:

- n. 1 microbisturi 2.2
- n. 1 siringa LL da 3 ml
- n. 1 siringa LL da 1 ml
- n. 1 cannula per camera anteriore 30G x 22 mm
- n. 1 set microsponge
- n. 10 garze 10 cm x 10 cm
- n. 10 garze 5 cm x 5 cm
- n. 1 conchiglia trasparente post-op
- n. 1 tampone oculare
- n. 1 sacchetto in plastica con siringa

Art. 5 - Assistenza tecnica

La piena e completa assistenza tecnica e manutentiva della strumentazione ceduta in uso comprende la fornitura e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio occorrenti per garantire il funzionamento ottimale nonché i prodotti d'uso per consentire tutte le prestazioni proprie della strumentazione; comprende altresì visite periodiche di manutenzione preventiva per mantenere

l'apparecchiatura in perfetta efficienza, con propri tecnici qualificati e specializzati, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla struttura utilizzatrice e dal servizio di ingegneria clinica, per effettuare riparazioni e verifiche alla strumentazione.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere per tutto il periodo contrattuale tutti gli interventi di sostituzione dei componenti e degli accessori delle apparecchiature, anche di tipo consumabile quali filtri, batterie, lampade, parti in vetro, ecc.

I tempi di risposta sugli interventi di manutenzione correttiva, con invio del tecnico specializzato, non potranno superare le 4 ore lavorative dalla chiamata ovvero quattro ore da quando i referenti tecnici del reparto o dell'ingegneria clinica effettuano la chiamata al centro di assistenza tecnica della ditta aggiudicataria a quando il tecnico della ditta si presenta presso la struttura dove è ubicata la tecnologia da riparare.

In caso di superamento di questa soglia l'amministrazione provvederà ad applicare le penali così come indicato nella documentazione di gara.

La somma delle ore di fermo macchina causata dagli interventi di manutenzione correttiva e straordinaria non deve superare le 50 ore lavorative annue. In caso di superamento di queste soglie l'amministrazione provvederà ad applicare le penali come indicato nella documentazione di gara.

Saranno valutate le seguenti caratteristiche relative alle modalità di espletamento dell'assistenza tecnica

- Numero di tecnici di assistenza tecnica dedicati alla tipologia di apparecchiatura oggetto di gara;
- Tempo di intervento (espresso in ore) misurato dall'apertura della chiamata all'arrivo del tecnico presso la struttura dove è ubicata la tecnologia;
- Caratteristiche migliorative in termini di estensione del periodo di garanzia rispetto a quanto richiesto nel capitolato;

Le ditte concorrenti dovranno garantire i seguenti servizi:

- La manutenzione ordinaria, con almeno una visita all'anno, da programmare in accordo con la struttura utilizzatrice;
- La manutenzione correttiva e gli aggiornamenti hardware e software, l'eliminazione dei guasti con sostituzione di tutte le parti difettose con ricambi originali;
- Esecuzione delle verifiche di sicurezza in conformità alle normative applicabili nel momento della verifica;

La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire durante la durata del periodo di manutenzione full risk;

La ditta aggiudicataria dovrà inviare copia di tutti gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria e verifiche di sicurezza elettrica al servizio di ingegneria clinica per permettere il controllo tecnico e consentire la liquidazione delle fatture. Nelle copie degli interventi di manutenzione dovrà essere espressamente presente il riferimento all'ordine. I rapportini di lavoro dovranno essere validati dal personale del reparto o da tecnici del servizio di ingegneria clinica.

Art. 6 - Piano di formazione

L'Impresa concorrente dovrà fornire un adeguato piano di corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura.

Al fine di consentire la massima partecipazione, i corsi dovranno essere proposti in un numero di edizioni sufficienti all'addestramento del personale dedicato.

L'addestramento dovrà essere svolto per un numero di giorni adeguato anche non continuativi, presso il luogo di installazione delle apparecchiature e relativamente a tutte le parti fornite.

Tale addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti.

Deve essere fornita la descrizione del contenuto dei corsi, nell'ottica di fornire almeno:

- la conoscenza dei principi di funzionamento della fornitura;
- la capacità di acquisire e analizzare i dati;

L'impresa dovrà dichiarare la propria disponibilità a:

- tenere corsi di addestramento per il personale tecnico designato dall'Ente appaltante per la manutenzione dell'apparecchiatura (modalità e contenuto);
- collaborare ad un programma di aggiornamento del personale (medici e tecnici sanitari), per tutta la durata del contratto;

Art. 7 - Consegna delle apparecchiature, messa in servizio e collaudo

La consegna della strumentazione oggetto della presente procedura dovrà avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'amministrazione.

Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna in reparto, posa in opera, installazione, messa in esercizio e quant'altro occorra per il perfetto funzionamento nel luogo di destinazione dell'apparecchiatura.

Su tutta la strumentazione (ivi compresi eventuali PC, monitor, stampanti, UPS) la ditta aggiudicataria dovrà apporre una etichetta autoadesiva con l'indicazione della data di collaudo (da apporre il giorno del collaudo);

Le apparecchiature consegnate dovranno essere funzionanti, comprensive di manualistica d'uso in lingua italiana o traduzione.

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e/o integrazioni e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- Manuale di servizio per la manutenzione, comprensivo di schemi elettrici e circuitali, della descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e correttiva in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI EN 62 - 148 – UNI 9910 – Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Sarà onere dell'azienda aggiudicataria provvedere al ritiro e allo smaltimento del materiale utilizzato durante il trasporto e durante le attività di messa alla via (utensili, scatole, imballaggi, ecc..) entro la data del collaudo dell'apparecchiatura;

Nel caso di forniture incomplete o non totalmente conformi a quanto offerto e richiesto tali da non compromettere l'utilizzo in sicurezza e la funzionalità del sistema, è prevista la firma del collaudo con riserva.

La messa in servizio si intende a carico della ditta fornitrice e dovrà essere effettuata in presenza del personale utilizzatore e del funzionario del servizio di ingegneria clinica.

La firma del verbale di messa in servizio consente l'inizio dell'attività clinica, ma non permette la liquidazione delle competenze fin tanto che la ditta aggiudicataria non avrà provveduto al completamento del sistema in conformità a quanto richiesto.

Nel momento in cui il sistema è completo si può provvedere al collaudo, che dovrà essere effettuato alla presenza del personale del reparto utilizzatore e di un funzionario del servizio di ingegneria clinica. La firma del verbale di collaudo da parte di un rappresentante della ditta fornitrice, del personale utilizzatore e del funzionario del servizio di ingegneria clinica, certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, che la fornitura è conforme a quanto offerto e ordinato e ne consente formalmente l'utilizzo e la liquidazione delle competenze.

L'amministrazione si riserva di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche all'installazione e alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato e alle normative vigenti; la ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti e / o accessori che non fossero stati ordinati in quanto non descritti e non conteggiati nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento delle apparecchiature componenti il sistema;

Il collaudo si considera positivamente accettato ai fini della successiva liquidazione delle competenze alla data alla quale tutte le eventuali prescrizioni del collaudatore siano state completate ed eseguite da parte della ditta.

Il ritardo del superamento del collaudo viene considerato alla stregua di un ritardo nella consegna, con applicazione conseguente delle penali riportate nella documentazione di gara.

L'attività di collaudo è a totale carico della ditta aggiudicataria e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Sono a carico della ditta i dispositivi consumabili e monouso connessi all'attività di collaudo e utilizzati durante le fasi di avvio del sistema. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi allo smontaggio e al ritiro della strumentazione a fine contratto.

In caso di contestazioni sarà effettuata una verifica in contraddittorio tra l'amministrazione e la ditta fornitrice; accertata la non rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con obbligo della ditta aggiudicataria di garantire, accollandosene il relativo onere, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

La verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto verrà effettuata dall'amministrazione contraente.

Art. 8 - Condivisione ed elaborazione dati

Qualora fosse necessario condividere o trasmettere dati con/alle postazioni di lavoro gestite dalla S.C. Servizi Informativi si devono definire le modalità con le quali è possibile farlo considerando che:

- Il parco macchine ICT è costituito da PC con S.O. Windows Based
- Gli utenti accedono al PC autenticandosi ad un Dominio Windows, utilizzando proprie credenziali;
- L'installazione di nuovo software su macchine ICT può essere effettuato solo da personale ICT;
- La configurazione delle postazioni di lavoro ICT può essere effettuato solo da personale ICT.

Si ribadisce che anche l'installazione di eventuali software su PDL ICT (Postazioni Di Lavoro) dovrà avvenire previa verifica di compatibilità da parte della SC Servizi Informativi.

Art. 9 - Condizioni generali di fornitura – Consegna dei materiali di consumo e degli eventuali accessori

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'ASL CN2 che ne indicherà la quantità e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

I quantitativi innanzi indicati verranno frazionati in più consegne per evitare problemi di stoccaggio.

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro.

Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate presso:

ASL CN2

**Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" – Magazzino Generale
Strada del Tanaro, 7 – 12060 VERDUNO (CN)**

La ditta dovrà garantire la consegna entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine. (In caso di urgenza il tempo massimo di consegna dovrà essere di due giorni lavorativi).

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.

Art. 10 - Sostituzione dei prodotti e aggiornamento tecnologico

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire a proprie spese l'aggiornamento dell'apparecchiatura oggetto di gara. Ogni modifica o sostituzione deve in ogni caso essere notificata al reparto e al servizio di ingegneria clinica ed essere autorizzata, tenendo in conto che l'ASL ha facoltà di opporsi alla sostituzione o all'introduzione di modifiche e / o migliorie nel caso ciò comporti problemi logistici o organizzativi.

In generale qualsiasi operazione o accessorio "consigliati" nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi obbligatorio con esecuzione e installazione a carico della ditta aggiudicataria.

Nel caso di sostituzione delle apparecchiature (a causa di problemi di carattere funzionale, di sicurezza, ecc..) fornite, dello stesso modello o in versioni differenti, previa autorizzazione e verifica di congruità da parte dell'amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire una nuova procedura di collaudo, con le modalità precedentemente descritte.

Art. 11 - Inadempienze e penalità

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- € 100 per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni per l'apparecchiatura;
- € 100 per ogni giorno di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria e urgente;
- € 1000 per ogni attività di manutenzione programmata prevista e non effettuata;
- € 100 per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non effettuato;

Tali importi saranno comunicati alle Strutture deputate all'addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Come previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs 36/2023 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Pagamenti

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Art. 13 - Fatturazione

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

Art. 14 - Recesso e risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 - Obblighi in materia di sicurezza

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a € 500,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.