



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA EMG NATUS KEYPOINT PER L'ESECUZIONE DELLE ELETTROMIOGRAFIE PRESSO L'AMBULATORIO DI NEUROLOGIA DEL PRESIDIO MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO.
CIG B24939542A
AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.E.S.T. SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4480019 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B, D.LGS 36/2023**

**IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI**

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 443 del 3 giugno 2024

Premesso che

- l'ambulatorio di Neurologia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ha in dotazione il sistema EMG NATUS KEYPOINT s/n 37643 per gli esami di elettromiografia per la valutazione dello stato dei muscoli e dei nervi;
- a seguito della segnalazione della problematica "test pre-uso eseguito da software Keypoint non riconosce l'amplificatore EMG a 3 canali", il sistema è stato oggetto di controllo tecnico tramite richiesta di intervento ODL n. 23-8418, inoltrata al servizio di gestione delle apparecchiature di media e bassa tecnologia, attivato dalla società di committenza regionale (S.C.R.) e al quale l'amministrazione ha aderito;
- a seguito dell'analisi tecnica, l'assistenza ha provveduto a comunicare al Servizio di Ingegneria Clinica:
- la diagnosi dell'intervento che si compone, in primis, della sostituzione della testina dell'amplificatore;
- la dichiarazione, da parte della casa produttrice SYNOPO SRL, filiale italiana della Natus, della fine del periodo in cui viene garantito il supporto tecnico all'apparecchiatura e la conseguente impossibilità di provvedere oltre con la fornitura dei ricambi necessari per rendere nuovamente funzionale l'apparecchiatura;
- è stato considerato dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica eccessivamente oneroso l'acquisto di una nuova apparecchiatura rispetto al volume di prestazioni erogate;
- per effetto di quanto fin qui premesso, il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha ritenuto di interpellare la ditta B.E.S.T. srl distributore delle apparecchiature prodotte dalla ditta Natus al fine di accertare l'eventuale possibilità di effettuare una manutenzione straordinaria, comprensiva del necessario aggiornamento e sostituzione dell'amplificatore 3 canali per rendere nuovamente funzionale l'apparecchiatura, ricevendo riscontro positivo;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs 36/2023;

- le Linee Guida n. 8 del 13/8/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- il D.LGS 36/2023 che all'art. 50 comma 1 lettera b testualmente recita:
"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

..... omissis ...

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03/04/2020, alla trattativa diretta tramite portale MEPA per quanto in oggetto;

Preso atto che:

- in data 28/06/2024 è stata pubblicata sul portale MEPA, la trattativa diretta n. 4480019 avente ad oggetto *"Manutenzione straordinaria grafie presso l'ambulatorio di neurologia del Presidio Michele e Pietro Ferrero di Verduno"*, con la ditta B.E.S.T. SRL con sede in Saluzzo (CN), distributore ufficiale sia della vendita sia dell'assistenza tecnica dei prodotti Natus, ed avente il termine di presentazione dell'offerta in data 04/07/2024 alle ore 12:00, con un importo presunto di € 13.000,00 IVA a norma di legge esclusa;
- in fase di trattativa è stata documentata la possibilità di rendere nuovamente operativo il sistema mediante una manutenzione straordinaria comprensiva del necessario aggiornamento e sostituzione dell'amplificatore 3 canali ad un costo più conveniente rispetto all'acquisto di una nuova apparecchiatura;
- risulta pervenuta l'offerta effettuata da parte della ditta partecipante di € 12.950,00 IVA a norma di legge esclusa;
- si rileva la congruità, rispetto alla tipologia di modalità scelta, delle condizioni economiche indicate nell'offerta allegata alla presente, del preventivo pari a € 12.950,00 IVA a norma di legge esclusa, pervenuto dalla ditta B.E.S.T SRL - P.IVA: 05959170019;
- occorre provvedere sollecitamente alle attività di riparazione ed aggiornamento per garantire le prestazioni ambulatoriali eseguite con l'apparecchiatura di cui trattasi, al fine di non interrompere l'attività clinica;

Dato atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato a seguito della deliberazione del 29/12/2023 n. 999;

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità della fornitura in oggetto;

Su conforme proposta dell'Ing. Marco CERRATO – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato

D E T E R M I N A

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta B.E.S.T SRL – Via Generale Isasca,7 Saluzzo (CN) - P.IVA: 05959170019, l'aggiornamento del sistema EMG NATUS KEYPOINT per l'ambulatorio di Neurologia del presidio di Verduno, per un importo complessivo pari a € 15.799,00 (IVA inclusa);
- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato a seguito della deliberazione del 29/12/2023 n. 999;
- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Descrizione conto	Conto	Importo
N. ID.	INGC	Manut ordinaria in appalto attrezz. Tecnico-scient. Sanit.	03.10.02.03	€ 15.799,00
7756207				
2024				

- di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;
- di individuare l'Ing. Marco CERRATO, Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica quale Responsabile unico del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art.5 della legge n. 241;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Sottoscrizione per proposta.

IL RESPONSABILE
S.S. INGEGNERIA CLINICA
Marco CERRATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

A) Offerta economica

Codice delega: II.1.3 /II.1
Archivio I.5.05.05

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.