



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

Struttura Operativa competente:

**S.S. INGEGNERIA CLINICA**

Responsabile: Ing. Cerrato Marco Tel 0172/1408970

Responsabile dell'istruttoria: ZANIN Stefano

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Strada del. Tanaro n. 7 - VERDUNO  
(CN) 3° piano

✓ telefonicamente:– 0172 1408373:

**tramite e-mail:** [szanin@aslcn2.it](mailto:szanin@aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

VERDUNO 10/12/2024

**AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DELLE OTTICHE STORZ IN USO PRESSO IL PRESIDIO DELL'OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO, PERIODO CONTRATTUALE DI 36 MESI.**

L'ASL CN2 Alba-Bra intende procedere all'affidamento mediante piattaforma MEPA del contratto per le necessarie riparazioni ed eventuali sostituzioni con formula repair/exchange delle ottiche di produzione Storz, in uso presso il presidio di Verduno.

Considerati la delicatezza, la specificità e la criticità del contesto/procedure in cui vengono utilizzati i dispositivi oggetto dell'affidamento, risulta indispensabile procedere alla contrattualizzazione esclusivamente di aziende estremamente specializzate, capaci di rispondere alle situazioni di guasto con elevatissima efficienza ed efficacia, e che dispongano di caratteristiche ben definite (condizioni per avere le indispensabili garanzie sulla sicurezza di pazienti ed operatori, sulla continuità del servizio e sulla qualità delle attività sanitarie eseguite). Dette caratteristiche sono:

- Capacità di garantire un servizio di repair exchange su tutto il parco ottiche Storz (ottiche per ICG, isteroscopi, cistoscopi, ottiche per otorinolaringoiatria, ottiche per PDD, ottiche per green laser, ureteroscopi rigidi, fistuloscopi, etc.) e per qualsiasi tipologia di guasto;
- Disponibilità ed utilizzo di parti di ricambio nuove;
- Disponibilità e utilizzo dei materiali di consumo e delle attrezzature (hardware e software) indicate dal produttore per la diagnostica dei guasti, lo smontaggio ed il rimontaggio delle parti di ricambio;
- Presenza e utilizzo delle procedure formulate dal produttore (continuamente aggiornate) per la diagnostica dei guasti, lo smontaggio ed il rimontaggio delle parti di ricambio;
- Presenza e utilizzo delle procedure formulate dal produttore (continuamente aggiornate) per il controllo qualità delle performance dei dispositivi in relazione alle attività sanitarie diagnostiche e di trattamento;
- Continuo aggiornamento, effettuato preferibilmente dal produttore, delle competenze manutentive e delle capacità di formazione per il personale degli utilizzatori (tecnico e sanitario);



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

D.L. /Cod. Fisc. 00410170044

- Disponibilità di una struttura tecnica adeguatamente dimensionata per poter rispondere con efficienza ed efficacia rispetto alle tempistiche di intervento e risoluzione delle problematiche anche mediante escalation manutentiva fino al progettista dei dispositivi;
- Tutti i dispositivi medici forniti a qualsiasi titolo devono possedere tutte le certificazioni previste dal MDR 2017/745.
- Nel caso di una riparazione, l'esito dell'operazione di riparazione dovrà essere valutato come segue: l'ottica riconsegnata dovrà essere sottoposta ad un ciclo di lavaggio e di sterilizzazione, e a questo punto dovrà essere provata sulla colonna e con il relativo kit strumentale in presenza di uno dei tecnici dell'azienda scrivente. Per tutto l'iter, dal momento della consegna dell'ottica riparata, al reprocessing in sterilizzazione, alla prova su colonna, dovrà essere presente un tecnico dell'azienda che ha effettuato la riparazione, in modo da avere visione dell'intero processo.

In riferimento all'art. 1382 del codice di procedura civile, si definisce quanto segue:

- Nel caso in cui, al termine di tale verifica, l'ottica venga nuovamente inviata in riparazione per 3 volte consecutive, verrà applicata una penale di 1.500,00 euro. Nel caso in cui tale penale venga applicata per più di 3 volte (su ottiche con diverso seriale) in 6 mesi, l'azienda scrivente si riserva il diritto di recessione del contratto.
- Nel caso in cui il tempo di consegna dell'ottica fornita in exchange o riparata (considerando come "riparata" un'ottica che abbia concluso l'iter di verifica sopra descritto con esito positivo) superi i 10 giorni, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Si tratta di un servizio di 36 mesi avente **un importo presunto pari** a € 139.000,00 IVA a norma di legge esclusa a copertura di un numero di riparazioni e/o Exchange sulla base del listino scontato proposto;

Come da oggetto la trattativa avverrà tramite piattaforma MEPA

Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, se esistano altri operatori economici fornitori del medesimo servizio.

L'operatore economico interessato deve presentare:

- Istanza di manifestazione di interesse, resa in bollo nelle modalità previste dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa, l'istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni) deve essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

- Documentazione a comprova dei seguenti requisiti:
  - certificazione di comprovata esperienza specifica, con i titoli per operare sull'apparecchiature in oggetto;
  - certificazione delle caratteristiche indicate in premessa
  - eventuali dichiarazioni di esclusività per la zona dell'ASL CN2;
  - certificazione di titolarità su contratti di manutenzione con la pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni per un valore almeno pari al contratto in oggetto;
- Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) "Allegato A" firmato dal legale rappresentante dell'impresa e compilato nella "parte III: motivi di esclusione (Articolo 94-95 del Codice)"
- L'istanza dovrà contenere il **listino repair/Exchange e le tempistiche riparazione e/o consegna nuovo strumento** e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo. [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it), indicando nell'oggetto dell'mail la dicitura:

*"S.S. Ingegneria Clinica - Manifestazione di interesse per L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DELLE OTTICHE STORZ IN USO PRESSO IL PRESIDIO DELL'OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO, PERIODO CONTRATTUALE DI 36 MESI, ACQUISIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA MEPA."*

**entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2025** effettuata con uno dei seguenti modi:

1. Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente (non occorre allegare documento d'identità e porre il timbro della ditta);
2. Scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del documento di identità in formato PDF.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del servizio in oggetto, questa Azienda intende altresì manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l'impresa che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore dello stesso.

*Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.*

Ai sensi dell'Allegato II.1, art. 2, comma 2, D.Lgs 36/2023, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura.



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it) – [www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)

---

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Si indica quale responsabile unico del procedimento l'Ing. Marco Cerrato al quale potranno essere richieste eventuali informazioni e chiarimenti al n. tel. 339/3014566 oppure via mail all'indirizzo [mcerrato@aslc2.it](mailto:mcerrato@aslc2.it).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'ASL CN2 di Alba ([www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)) voce "Bandi di gara e contratti".

IL RUP  
(Ing. Marco CERRATO)  
F.to in originale